



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREGOEIROS - PREG**

Pça Des. Edgard Nogueira s/n - Bairro Cabral - Centro Cívico - CEP 64000-830  
Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Encaminhamento Nº 5630/2021 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SLC/PREG

Encaminho os autos ao setor demandante (Superintendência de Engenharia e Arquitetura - SENA) para análise da proposta e documentação técnica para fins de adequação às especificações contidas no Edital nº 5/2021 e Termo de Referência nº 113/2020:

- **1.** Referente à empresa ORTHEC COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA (CNPJ nº 20.139.015/0001-42), *primeira* colocada para o **Item 2**.

*Anexo:* Proposta/Catálogo (Item 2) ORTHEC - 2400429.

- **2.** Referente à empresa ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL EIRELI (CNPJ nº 35.210.098/0001-96), *primeira* colocada para o **Grupo 1 (Itens 3 e 4)**.

*Anexo:* Proposta/Catálogo (Grupo 1) ARTSTICKER - 2407797.

- **3.** Referente à empresa ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL EIRELI (CNPJ nº 35.210.098/0001-96), *terceira* colocada para o **Grupo 2 (Itens 5 e 6)**.

*Anexo:* Proposta/Catálogo (Grupo 2) ARTSTICKER - 2407798.

- **4.** Referente à empresa TIE TAPETES - EIRELI (CNPJ nº 10.261.012/0001-23), *primeira* colocada para o **Grupo 3 (Itens 7 e 8)**.

*Anexo:* Proposta/Catálogo (Grupo 3) TIE TAPETES - 2407763.

<i>Encaminhamento para análise</i>	
<i>Item / Grupo</i>	<i>Licitante</i>
Item 2	ORTHEC COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
Grupo 1 (Itens 3 e 4)	ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Grupo 2 (Itens 5 e 6)	ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Grupo 3 (Itens 7 e 8)	TIE TAPETES - EIRELI

O **Item 1** fracassou, em razão da desclassificação de todas as empresas e recusa das respectivas propostas, conforme justificativas informadas no documento do resultado da sessão (2396894, pág. 2/3).

Informo que, caso haja necessidade de maior detalhamento ou especificações nos catálogos acima apresentados pelas empresas, este Pregoeiro encontra-se à disposição para proceder com a convocação dos licitantes para apresentação da documentação complementar pertinente.

Ademais, realizada a análise dos catálogos, aguardo posicionamento da SENA acerca da necessidade de solicitação de amostras, em conformidade com o Item 16.1. do Edital nº 5/2021.

Respeitosamente,

**Fernando Moura Rego Nogueira Leal**

Pregoeiro  
14/maio/2021



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Moura Rêgo Nogueira Leal**,  
**Pregoeiro**, em 18/05/2021, às 22:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php>  
informando o código verificador **2396895** e o código CRC **BDE9EAE2**.

---

20.0.000086266-6

2396895v25



Análise Nº 26/2021 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SENA

A Superintendência de Engenharia e Arquitetura- SENA vem apresentar a análise da proposta e documentação técnica para fins de adequação às especificações contidas no Edital nº 5/2021 e Termo de Referência nº 113/2020, conforme encaminhamento da Superintendência de Licitações e Contratos- SLC (2396895).

1. Referente à empresa ORTHEC COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA (CNPJ nº 20.139.015/0001-42), primeira colocada para o **Item 2**.

Anexo: Proposta/Catálogo (Item 2) ORTHEC - 2400429.

**Análise:**

ITEM 2- CADEIRA DE RODAS			
EMPRESA: Orthec Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda.			
	TERMO DE REFERÊNCIA	CATÁLOGO DA EMPRESA	ANÁLISE
DESCRIÇÃO	funcionamento manual		
	tipo construtivo dobrável em duplo x	X duplo (está como opcional)	ok
	material estrutural aço carbono com acabamento em pintura epoxi	em aço carbono 1"/ pintura eletrostática epoxi	ok
	tamanho adulto		
	apoio braços escamoteáveis	apoio de braço em plástico, removível e escamoteável	ok
	apoio de pés articuláveis	apoio de pé removível, com pedal rebatível e ajuste de altura	ok
	acabamento do encosto e assento em nylon na cor preta	encosto e assento de nylon resistente	ok
	almofada em espuma de alta densidade	almofada 5cm de espuma	ok
	pneus dianteiros giratórios maciços 6"	rodas dianteiras maciças de 6"	ok
	rodas traseiras de 24' com pneus infláveis	roda de nylon 24"/ pneu antifuro/ pneu inflável (está como opcional)	ok
	capacidade não inferior a 120kg	capacidade até 130kg	ok
largura do assento não inferior a 45cm		ok	
RESULTADO:	<b>A proposta do catálogo está de acordo com descrição do Termo de Referência, devendo observar que deve incluir os opcionais de X duplo e pneu inflável</b>		

2. Referente à empresa ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL EIRELI (CNPJ nº 35.210.098/0001-96), primeira colocada para o **Grupo 1 (Itens 3 e 4)**.

Anexo: Proposta/Catálogo (Grupo 1) ARTSTICKER - 2407797.

**Análise: Necessário apresentação de catálogo com mais informações sobre os produtos, pois foram apresentados apenas fotos, sem descrição.**

3. Referente à empresa ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL EIRELI (CNPJ nº 35.210.098/0001-96), terceira colocada para o **Grupo 2 (Itens 5 e 6)**.

Anexo: Proposta/Catálogo (Grupo 2) ARTSTICKER - 2407798.

**Análise: Necessário apresentação de catálogo com mais informações sobre os produtos, pois foram apresentados apenas fotos, sem descrição.**

4. Referente à empresa TIE TAPETES - EIRELI (CNPJ nº 10.261.012/0001-23), primeira colocada para o **Grupo 3 (Itens 7 e 8)**.

Anexo: Proposta/Catálogo (Grupo 3) TIE TAPETES - 2407763.

**Análise:**

ITEM 7- TAPETE SANITIZANTE/ SECANTE			
EMPRESA: Tie Tapetes Eireli			
	TERMO DE REFERÊNCIA	CATÁLOGO DA EMPRESA	ANÁLISE
DESCRIÇÃO	medida 1,00x0,95m	70cmx100cm	não
	parte sanitizante vinil, preto, 10mm de altura	espessura 15cm/ preto com cinza/ pvc	não
	antiderrapante, antichamas e antifúngico	antiderrapante e antichamas	
	parte secante de fibra de polipropileno, 7mm	microfibra e algodao	
RESULTADO:	<b>A proposta do catálogo não está de acordo com descrição do Termo de Referência, considerando a medida e a espessura.</b>		

ITEM 8- TOTEM PARA ALCOOL EM GEL			
EMPRESA: Tie Tapetes Eireli			
	TERMO DE REFERÊNCIA	CATÁLOGO DA EMPRESA	ANÁLISE
DESCRIÇÃO	capacidade 1L de alcool		
	parte frontal impressa digitalmente	impressao uv diretamente no os	ok
	estrutura de aço metalon	estrutura de ferro	não
	placa de 2mm		
	tampa de abertura ma parte traseira		
	medida totem 1,60x0,30m	104x35cm	não
	medida base 30x30cm		
RESULTADO:	A proposta do catálogo não está de acordo com descrição do Termo de Referência, considerando a medida e o material da estrutura.		

Desta forma, concluímos que:

-A proposta do Item 2- Cadeira de Rodas- atende ao Termo de Referência;

-As propostas dos itens 3, 4, 5 e 6 não apresentam a descrição das medidas, materiais, etc, para que seja possível a análise. Portanto, solicitamos catálogos com informações mais completas sobre o produto;

-As propostas dos itens 7 e 8 não atendem ao Termo de Referência, conforme análise apresentada em tabela no presente documento.

Esta é a análise da SENA quanto à documentação apresentada.



Documento assinado eletronicamente por **Indira Cardoso Matos, Analista Judiciário - Arquiteto(a)/TJPI**, em 21/05/2021, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Otávio Nogueira Matias, Superintendente de Engenharia e Arquitetura/TJPI**, em 21/05/2021, às 22:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **2417574** e o código CRC **6E92C437**.