



Análise Nº 277/2022 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SEAD/SUGESQ

Trata-se de análise técnica do Resultado de Licitação - Sessão Pública PE 63/2022 - 3749931 dos equipamentos odontológicos a serem adquiridos por meio do *Edital de Licitação Nº 63/2022 CPLI (3631143)*. Abaixo, passamos a dar análise **dos equipamentos ofertados pelos licitantes subsequentes à aqueles que tiveram opinião pela não aceitabilidade a proposta** para verificação se os objetos posteriores apresentados cumprem os requisitos propostos pelo *Termo de Referência Nº 96/2022 SUGESQ (3504014)*.

Pregão Eletrônico nº 63/2022					
Edital de Licitação Nº 63/2022 CPLI (3631143)   Termo de Referência Nº 96/2022 SUGESQ (3504014)					
Análise de adequação técnica das Propostas / Catálogos					
Grupo / Item	Licitante	Documento Referência	Cumpre os Requisitos do Termo de Referência (3504014)?	Justificativa	Opinião pela aceitabilidade da proposta
Item 06	MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ: 58.061.557/0001-12 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 02	Proposta Marca: MICRODENT Modelo: MICRODENT	PARCIALMENTE	Caneta de alta rotação não atende a especificação mínima de pressão de 32psi, de acordo com o Termo de Referência.	NÃO
Item 06	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA CNPJ: 55.979.736/0001-45 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 03	Proposta Marca: D700 Modelo: CANETA ALTA ROTACAO SL 30 PB TB	SIM	Atende aos requisitos do termo de referência	SIM
Item 06	HILDON CHAVES CNPJ: 28.931.351/0001-35 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 04	Proposta Marca: DENTSCLER Modelo: MAXI PLUS	PARCIALMENTE	Não atende ao requisitos do Termo de Referência, pois há exigência de sistema de refrigeração no mínimo triplo e as imagens indicam sistema único. Não detalha, também, as demais especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência.	NÃO
Item 06	D BERLATO & CIA LTDA CNPJ: 12.630.233/0001-57 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 05	Proposta Marca: NEOLAB Modelo: NEOLAB	PARCIALMENTE	Modelo apresenta consumo de ar elevado (45 ±5NL/min) fora dos padrões do Termo de Referência.	NÃO
Item 06	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO CNPJ: 60.751.385/0001-50	Proposta Marca: GNATUS	PARCIALMENTE	Modelo da marca apresenta rotação mínima de 380.000 e pressão de ar de 275,8 KPa = 2,7579 bar = 40 ±	NÃO

	ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 06	Modelo: AX1 NT		2 PSI (regulada no equipo), abaixo das especificações do Termo de Referência.	
Item 06	F DE OLIVEIRA NASCIMENTO EIRELI CNPJ: 21.869.864/0001-14 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 07	Proposta Marca: DENTEMED Modelo: Caneta de alta Magnus PB / FG	PARCIALMENTE	Equipamento apresenta Pressão de Trabalho de 30 PSI, abaixo do exigido no TR, consumo de ar de 42 l/min, acima do tolerável no Termo de Referência.	NÃO
Item 06	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA CNPJ: 20.008.831/0001-17 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 08	Proposta Marca: DENTSCLER Modelo: MAXI PLUS	PARCIALMENTE	Sistema de refrigeração de apenas 1 furo. Não atende ao requisitos do Termo de Referência que exigem sistema de refrigeração mínimo triplo.	NÃO
Item 06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 10.567.214/0001-06 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 09	Proposta Marca: DX Modelo: DX MEGA BUTTON	PARCIALMENTE	Modelo da Marca apresenta consumo de ar (40-42 l/min) muito acima do tolerável às especificações do Termo de Referência.	NÃO
Item 06	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI CNPJ: 30.323.616/0001-64 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 10	Proposta Marca: DENTFLEX-IMPACT 3S P Modelo: DENTFLEX-IMPACT 3S PB CERAMIC	PARCIALMENTE	Modelo da marca apresenta rotação abaixo (360.000 RPM) do especificado no termo de referência, além de consumo de ar elevado (40 l/min + / - 2), também em desacordo ao Termo de Referência.	NÃO
Item 06	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.247.960/0001-09 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 11	Proposta Marca: SCHUSTER Modelo: SCHUSTER	PARCIALMENTE	Não especificado modelo da marca para conferência das especificações com o Termo de Referência.	INDEFINIDO
Item 06	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 12	Proposta Marca: SCHUSTER Modelo: Z10S	SIM	Atendem as especificações do Termo de Referência	SIM
Item 06	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 30.037.851/0001-70 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 13	Proposta Marca: DENTFLEX Modelo: IMPACT 3S PB CERAMIC	PARCIALMENTE	Modelo da marca apresenta rotação abaixo (360.000 RPM) do especificado no termo de referência, além de consumo de ar elevado (40 l/min + / - 2), também em desacordo ao Termo de Referência.	NÃO
Item 07	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA CNPJ: 55.979.736/0001-15	Proposta Marca: D700 Modelo: CONTRA-	SIM	Atende aos requisitos do termo de referência	SIM

	ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 08	ÂNGULO INTRA SL 30			
Item 07	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 11	Proposta Marca: SCHUSTER Modelo: T10	SIM	Atendem as especificações do Termo de Referência	<b>SIM</b>
Item 07	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.247.960/0001-09 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 12	Proposta Marca: SCHUSTER Modelo: SCHUSTER	PARCIALMENTE	Não especificado modelo da marca para conferência das especificações com o Termo de Referência.	<b>INDEFINIDO</b>
Item 08	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA CNPJ: 55.979.736/0001-45 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 06	Proposta Marca: D700 Modelo: PEÇA RETA INTRA SL 30	SIM	Atende aos requisitos do termo de referência	<b>SIM</b>
Item 08	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.247.960/0001-09 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 11	Proposta Marca: SCHUSTER Modelo: SCHUSTER	PARCIALMENTE	Não especificado modelo da marca para conferência das especificações com o Termo de Referência.	<b>INDEFINIDO</b>
Item 08	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 12	Proposta Marca: SCHUSTER Modelo: P10	SIM	Atende aos requisitos do termo de referência	<b>SIM</b>
Item 09	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA CNPJ: 55.979.736/0001-45 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 07	Proposta Marca: D700 Modelo: MICRO MOTOR INTRA SL 30 C/SPRAY	SIM	Atende aos requisitos do termo de referência	<b>SIM</b>
Item 09	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.247.960/0001-09 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 11	Proposta Marca: SCHUSTER Modelo: SCHUSTER	PARCIALMENTE	Não especificado modelo da marca para conferência das especificações com o Termo de Referência.	<b>INDEFINIDO</b>
Item 09	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 12	Proposta Marca: SCHUSTER Modelo: X10	SIM	Atende aos requisitos do termo de referência	<b>SIM</b>
	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Proposta		Modelo da marca não contempla características solicitadas exigidas no Termo de Referência, como intensidade de	

Item 10	CNPJ: 30.323.616/0001-64 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 02	Marca: KONDENTECH- Modelo: KONDENTECH- Fotopolimerizador LED-6	PARCIALMENTE	comprimento de onda entre 395 e 480nm com área ativa mínima de 107mm <sup>2</sup> , lente com no mínimo 12mm de diâmetro e tecnologia polywave.	<b>NÃO</b>
Item 10	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.247.960/0001-09 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 03	Proposta Marca: MICRODONT Modelo: BLUESTAR PRETO	PARCIALMENTE	Modelo da marca não contempla características solicitadas exigidas no Termo de Referência, como intensidade de comprimento de onda entre 395 e 480nm com área ativa mínima de 107mm <sup>2</sup> , lente com no mínimo 12mm de diâmetro e tecnologia polywave.	<b>NÃO</b>
Item 10	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA CNPJ: 20.008.831/0001-17 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 04	Proposta Marca: DELTRAMED Modelo: D2	PARCIALMENTE	Modelo da marca não contempla características solicitadas exigidas no Termo de Referência, como intensidade de comprimento de onda entre 395 e 480nm com área ativa mínima de 107mm <sup>2</sup> , lente com no mínimo 12mm de diâmetro e tecnologia polywave.	<b>NÃO</b>
Item 10	D BERLATO & CIA LTDA CNPJ: 12.630.233/0001-57 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 05	Proposta Marca: KONDENTECH Modelo: LED6	PARCIALMENTE	Modelo da marca não contempla características solicitadas exigidas no Termo de Referência, como intensidade de comprimento de onda entre 395 e 480nm com área ativa mínima de 107mm <sup>2</sup> , lente com no mínimo 12mm de diâmetro e tecnologia polywave	<b>NÃO</b>
Item 10	F DE OLIVEIRA NASCIMENTO EIRELI CNPJ: 21.869.864/0001-14 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 06	Proposta Marca: SCHUSTER Modelo: EMITTER A	PARCIALMENTE	Modelo da marca não contempla características solicitadas exigidas no Termo de Referência, como intensidade de comprimento de onda entre 395 e 480nm com área ativa mínima de 107mm <sup>2</sup> , lente com no mínimo 12mm de diâmetro.	<b>NÃO</b>
Item 10	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 10.567.214/0001-06 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 07	Proposta Marca: KONDENTECH- Modelo: KONDENTECH- Fotopolimerizador LED-6	PARCIALMENTE	Modelo da marca não contempla características solicitadas exigidas no Termo de Referência, como intensidade de comprimento de onda entre 395 e 480nm com área ativa mínima de 107mm <sup>2</sup> , lente com no mínimo 12mm de	<b>NÃO</b>

				diâmetro e tecnologia polywave	
Item 10	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO CNPJ: 60.751.385/0001-50 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 08	Proposta Marca: GNATUS Modelo: LED D	PARCIALMENTE	Modelo da marca não contempla características solicitadas exigidas no Termo de Referência, como intensidade de comprimento de onda entre 395 e 480nm com área ativa mínima de 107mm <sup>2</sup> , lente com no mínimo 12mm de diâmetro e tecnologia polywave	NÃO
Item 10	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ: 03.748.673/0001-12 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 09	Proposta Marca: MICRODONT Modelo: BLUESTAR	PARCIALMENTE	Modelo da marca não contempla características solicitadas exigidas no Termo de Referência, como intensidade de comprimento de onda entre 395 e 480nm com área ativa mínima de 107mm <sup>2</sup> , lente com no mínimo 12mm de diâmetro e tecnologia polywave	NÃO
Item 10	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA CNPJ: 55.979.736/0001-45 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 10	Proposta Marca: D700 Modelo: OPTILIGHT COLOR	PARCIALMENTE	Modelo da marca não contempla características solicitadas exigidas no Termo de Referência, como intensidade de comprimento de onda entre 395 e 480nm com área ativa mínima de 107mm <sup>2</sup> , lente com no mínimo 12mm de diâmetro e tecnologia polywave, conforme arquivo anexado pelo Licitante: " <a href="#">Manual-Optilight-Color-D700-77000000201-min.pdf</a> "	NÃO
Item 10	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 27.792.194/0001-61 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 11	Proposta Marca: SCHUSTER Modelo: Emitter NOW DUO Multiwave	PARCIALMENTE	Não anexado catálogo na proposta, mas segundo modelo da marca não possui lente com no mínimo 12mm de diâmetro.	NÃO
Item 10	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 12	Proposta Marca: schuster driller Modelo: schuster driller	PARCIALMENTE	Modelo da marca não contempla características solicitadas exigidas no Termo de Referência, como intensidade de comprimento de onda entre 395 e 480nm com área ativa mínima de 107mm <sup>2</sup> , lente com no mínimo 12mm de diâmetro e tecnologia polywave,	NÃO
	SUPRIMEDICE			Pela marca e modelo oferecidos verificamos que a proposta não	

Item 14	<p>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 10.567.214/0001-06</p> <p>ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 02</p>	<p>Proposta Marca: BIOVOX Modelo: BIOVOX 35 CM</p>	PARCIALMENTE	<p>que a proposta nao contempla seguintes itens exigidos no TR: "lâmpada indicadora de selagem e alarme sonoro que informa que a selagem está adequada"*.</p>	<b>NÃO</b>
Item 14	<p>POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 27.792.194/0001-61</p> <p>ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 03</p>	<p>Proposta Marca: BIOTRON Modelo: SELABEM</p>	PARCIALMENTE	<p>Pela marca e modelo oferecidos verificamos que a proposta não contempla seguintes itens exigidos no TR: "lâmpada indicadora de selagem e alarme sonoro que informa que a selagem está adequada"*</p>	<b>NÃO</b>
Item 14	<p>PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 42.247.960/0001-09</p> <p>ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 04</p>	<p>Proposta Marca: BIOTRON Modelo: DE MESA</p>	PARCIALMENTE	<p>Pela marca e modelo oferecidos verificamos que a proposta não contempla seguintes itens exigidos no TR: "lâmpada indicadora de selagem e alarme sonoro que informa que a selagem está adequada"*</p>	<b>NÃO</b>
Item 14	<p>ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ 03.748.673/0001-12</p> <p>ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 05</p>	<p>Proposta Marca: BIOTRON Modelo: SELABEM</p>	PARCIALMENTE	<p>Pela marca e modelo oferecidos verificamos que a proposta não contempla seguintes itens exigidos no TR: "lâmpada indicadora de selagem e alarme sonoro que informa que a selagem está adequada"*</p>	<b>NÃO</b>
Item 14	<p>DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00</p> <p>ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 06</p>	<p>Proposta Marca: BIOTRON Modelo: SELABEM</p>	PARCIALMENTE	<p>Pela marca e modelo oferecidos verificamos que a proposta não contempla seguintes itens exigidos no TR: "lâmpada indicadora de selagem e alarme sonoro que informa que a selagem está adequada"*</p>	<b>NÃO</b>
Item 14	<p>D BERLATO &amp; CIA LTDA CNPJ 12.630.233/0001-57</p> <p>ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 07</p>	<p>Proposta Marca: AGIR Modelo: AGIR</p>	PARCIALMENTE	<p>Não foi especificado o modelo na proposta, de forma que não se pode afirmar completamente se atende a todos os requisitos exigidos no Termo de Referência. Há necessidade de envio do catálogo.</p>	<b>INDEFINIDO</b>
Item 14	<p>VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA CNPJ 20.008.831/0001-17</p>	<p>Proposta Marca: CETRO Modelo: SGM25/M</p>	PARCIALMENTE	<p>Pela marca e modelo oferecidos verificamos que a proposta não contempla seguintes itens exigidos no TR: "lâmpada indicadora de selagem e alarme sonoro que informa que a selagem está adequada"*</p>	<b>NÃO</b>

	ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 08			selagem e alarme sonoro que informa que a selagem está adequada"*	
Item 14	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI CNPJ 30.323.616/0001-64 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 09	Proposta Marca: AGIR-PROTECT SEAL D Modelo: AGIR-PROTECT SEAL DIGITAL BEEP 35 cm	PARCIALMENTE	Pela marca e modelo supõe-se que a proposta contemple os requisitos contidos no Termo de Referência. Há necessidade de envio do catálogo.	INDEFINIDO
Item 14	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO CNPJ 60.751.385/0001-50 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 10	Proposta Marca: AGIR Modelo: PA 071	PARCIALMENTE	Não foi especificado o modelo na proposta, de forma que não se pode afirmar completamente se atende a todos os requisitos exigidos no Termo de Referência. Há necessidade de envio do catálogo.	INDEFINIDO
Item 14	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 29.926.189/0001-20 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 11	Proposta Marca: CRISTÓFOLI Modelo: CRISTÓFOLI 30cm	PARCIALMENTE	Pela marca e modelo supõe-se que a proposta contemple os requisitos contidos no Termo de Referência. Há necessidade de envio do catálogo.	INDEFINIDO
Item 14	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 38.482.591/0001-53 ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO: 12	Proposta Marca: netlab Modelo: newlab	PARCIALMENTE	Pela marca e modelo oferecidos verificamos que a proposta não contempla seguintes itens exigidos no TR: "lâmpada indicadora de selagem e alarme sonoro que informa que a selagem está adequada"*	NÃO

(\*) - Esclarecimentos abaixo:

**Grupo 02: Itens 06, 07, 08 e 09.**

**Item 06:** Os equipamentos que podem atender as exigências do Termo de Referência foram os seguintes licitantes na ordem de classificação: 03, 11 e 12. Sugerimos ao Pregoeiro que providencie diligências quanto a possibilidade de envio de catálogo do produto, conforme ordem de classificação.

**Item 07:** Solicito ao Pregoeiro que verifique catálogo e propostas com os seguintes licitantes: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA (CNPJ: 55.979.736/0001-45) que apresentou objeto com as especificações do Termo de Referência. Subsequente a POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS (CNPJ: 27.792.194/0001-61), que apresentou marca e modelo que atendem as especificações. Subsequente a SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 10.567.214/0001-06) que não enviou modelo da marca apresentada para verificação.

**Item 08:** Solicito ao Pregoeiro que verifique catálogo e propostas com os seguintes licitantes: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA (CNPJ: 55.979.736/0001-45) que apresentou objeto com as especificações do Termo de Referência. Subsequente a POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS (CNPJ: 27.792.194/0001-61), que apresentou marca e modelo que atendem as especificações. Subsequente a SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 10.567.214/0001-06) que não enviou modelo da marca

apresentada para verificação.

**Item 09:** Solicito ao Pregoeiro que verifique catálogo e propostas com os seguintes licitantes: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA (CNPJ: 55.979.736/0001-45) que apresentou objeto com as especificações do Termo de Referência. Subsequente a POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS (CNPJ: 27.792.194/0001-61), que apresentou marca e modelo que atendem as especificações. Subsequente a SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 10.567.214/0001-06) que não enviou modelo da marca apresentada para verificação.

**Item 10** - Nenhum dos licitantes apresentou equipamento com as especificações do termo de referência.

**Item 14** - Os equipamentos que podem atender as exigências do Termo de Referência foram os seguintes licitantes na ordem de classificação: 07, 09, 10 e 11. Sugerimos ao Pregoeiro que providencie diligências quanto a possibilidade de envio de catálogo do produto, conforme ordem de classificação.

Atenciosamente,

Lucas Lopes Araújo Sousa  
Odontólogo  
TJPI 27665/CRO-PI 2787



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Lopes Araujo Sousa, Servidor TJPI**, em 07/12/2022, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **3839390** e o código CRC **91CB9C4C**.