



Análise Nº 300/2022 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SEAD/SUGESQ

Trata-se de análise técnica do Resultado de Licitação - Sessão Pública PE 63/2022 - 3749931 dos equipamentos odontológicos a serem adquiridos por meio do *Edital de Licitação Nº 63/2022 CPLI (3631143)*. Abaixo, passamos a dar análise **dos equipamentos ofertados pelos licitantes que enviaram novos catálogos à respeito dos equipamentos e análise dos licitantes subsequentes à aqueles que tiveram opinião pela não aceitabilidade a proposta** para verificação se os objetos posteriores apresentados cumprem os requisitos propostos pelo *Termo de Referência Nº 96/2022 SUGESQ (3504014)*.

Pregão Eletrônico nº 63/2022					
Edital de Licitação Nº 63/2022 CPLI (3631143) \ Termo de Referência Nº 96/2022 SUGESQ (3504014)					
Análise de adequação técnica das Propostas / Catálogos					
Grupo / Item	Licitante	Documento Referência	Cumpre os Requisitos do Termo de Referência (3504014)?	Justificativa	Opinião pela aceitabilidade da proposta
Grupo 01 (Itens 01, 02)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	Proposta / Catálogo - 3863991/ 3767253	PARCIALMENTE	ITEM 01: Licitante não apresentou indicação de fornecimento de itens que são exigidos no Termo de Referência (3504014), como:  1 - Refletor com Puxadores bilaterais em forma de alça - removíveis e autoclaváveis - Não restou informação das alças autoclaváveis no catálogo 3863991. 2 - Sensor de proximidade que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspeira - Não restou confirmação no catálogo 3863991, na parte de opcionais. 3 - Filtro de detritos localizado na base da cadeira - Não restou confirmação no catálogo 3863991, na parte de opcionais. 4 - Rebatimento da unidade auxiliar com movimentos de até 180 graus - Não restou claro na proposta a presença do item, apesar de destacada nos opcionais. 5 - Reservatórios translúcidos com capacidade mínima de 1000 ml para água das peças de mão e seringa tríplice - Não restou confirmação no catálogo 3863991 na parte de opcionais.	NÃO*

				Item 02 - Características do catálogo 3767253 atendem ao exigido no Termo de Referência (3504014).	
Item 03	<i>Item Fracassado</i> (Todas as propostas de preço e lances apresentados restaram em valores superiores ao valor estimado/máximo, mesmo após tentativa de negociação realizada).		-	-	-
Item 04	<i>Item Cancelado</i> (Conforme Manifestação Nº 55526/2022 (3736378) e Resposta Nº 3078/2022 (3738475)).		-	-	-
Item 05	<i>Item Fracassado</i> (Todas as propostas de preço e lances apresentados restaram em valores superiores ao valor estimado/máximo, mesmo após tentativa de negociação realizada).		-	-	-
Grupo 02 (Itens 06, 07, 08, 09)	<i>Item Fracassado</i> (Proposta do Licitante 1º colocado não atendeu às exigências técnicas do Edital e Termo de Referência, conforme Análise 269/2022 (3820159); As propostas de preços e lances dos demais Licitantes capazes, em tese, de atender às exigências técnicas (conforme Análise 277/2022 (3839390)), restaram em valores superiores ao valor estimado/máximo, mesmo após tentativa de negociação realizada).				-
Item 10	<i>Item Fracassado</i> (Nenhuma proposta apresentou equipamento que atendessem completamente aos requisitos do Termo de Referência).		-	-	-
Item 11	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 10.567.214/0001-06	Proposta / Catálogo - 3767290	SIM	Atende as exigências do termo de Referência (3504014)	<b>SIM*</b>
Item 12	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	Proposta / Catálogo - 3863992	SIM	Atende as exigências do termo de Referência (3504014)	<b>SIM*</b>
Item 13	D BERLATO & CIA LTDA CNPJ 12.630.233/0001-57	Proposta / Catálogo - 3769516	SIM	Atende as exigências do termo de Referência (3504014)	<b>SIM*</b>
Item 14	D BERLATO & CIA LTDA CNPJ 12.630.233/0001-57	Proposta / Catálogo - 3863993	PARCIALMENTE	O equipamento não atende as exigências do Termo de Referência (3504014), como presença de controle de temperatura de selagem digital e alarme sonoro que informa que a selagem está adequada.	<b>NÃO*</b>

(\* ) - Esclarecimentos mais detalhados abaixo:

**Grupo 01: Itens 01 e 02**

**Item 01** - Detalhamos abaixo se as características mínimas exigidas no Termo de Referência Nº 96/2022

SUGESQ (3504014) estavam de acordo com as especificações apresentadas no catálogo do fabricante.

Pregão Eletrônico nº 63/2022					
Edital de Licitação Nº 63/2022 CPL1 (3631143)   Termo de Referência Nº 96/2022 SUGESQ (3504014)					
Análise de adequação técnica das Propostas / Catálogos					
Grupo / Item	Licitante	Exigências do Termo de Referência (3504014)	Especificação no Catálogo do Licitante (3863991)	Cumpre o Requisito do Termo de Referência (3504014)?	Justificativa
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	1 - Encosto cabeça do tipo articulável	Proposta / Catálogo - 3863991 informa: "Cabeceira Multiarticulada com posição infantil, PCD e cadeirante" nos opcionais e destaca na proposta "Encosto de cabeça biarticulado / multiarticulado (Cadeira)".	SIM	Licitante apresenta como opcional que destaca como incluso.
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	2 - Dois apoios de braços para o paciente (direito e esquerdo), sendo o braço rebatível com abertura lateral ou escamoteável.	Proposta / Catálogo - 3863991 informa nos opcionais: "Braços laminados rebatíveis e escamoteáveis com abertura completa." e destaca na proposta "Braço rebatível / escamoteável com abertura (Cadeira)".	SIM	Licitante apresenta como opcional que destaca como incluso.
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	3 - Pedal integrado do tipo joystick e com teclas, permitindo, pelo menos, 3 posições de trabalho (posição cuspir, volta zero e desce assento / sobe assento / desce encosto/ sobe encosto). Deverá ter acionamento do refletor e emergência/bloqueio de movimentos.	Proposta / Catálogo - 3863991 informa no catálogo "Comando na base da cadeira realizado nos pés por pedal com 11 funções, 04 individuais e 05 automáticos, acionamento por joystick da movimentação subida e descida do encosto e do assento, 01 botão de acionamento e ajuste da intensidade do refletor, 01 botão de acionamento de volta zero, 01 botão para acionamento das 03 posições de trabalho e a última posição acionada (Last Position tipo trendelemburg -5º)".	SIM	Característica do equipamento
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	4 - Botão on/off localizado na lateral da base da cadeira.	Proposta / Catálogo - 3863991 informa no catálogo: ". Botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira"	SIM	Característica do equipamento
			Proposta / Catálogo - 3863991 informa no catálogo: "Sistema de elevação eletromecânico acionado motorreductores, sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem de 24 volts. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço com resistência de carga máxima de levantamento da cadeira (Paciente + acessórios e partes acopladas) é de 200 kg. Sistema incorporado de segurança com amortecedor, antiesmagamento e sem interferência para aparelhos de marca passo. Motor e caixa de comando com tecnologia alemã Dewer Okin, líder em atuadores e sistema de acionamento para		

Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	5 - Sistema de elevação eletromecânico acionado por motor-reductor. Tensão de alimentação 220v ~ 50/60hz.	area da saude, do grupo Phoenix Mecano (Mais de 02 milhões de atuadores fornecidos). Motores testados em conformidade a IEC 60601, com testes rigorosos que garantem carga de até 540 kg. Tecnologia incorporada e certificada seguindo normas IEC 60601, CE, ISO 9001:2015 e ISO 13.485/2016. Placa com revestimento em material com isolamento elétrico, proteção UV, anti-umidade e grau máximo de proteção antichama (UL94 V-0). Placa com sistema full range garantindo segurança elétrica mesmo em lugares com alta oscilação de energia. Placa com sistema de alta tecnologia com software de última geração, garantindo posições de trabalho programáveis, posição trendelemburg (anti-lipotimia) e STOP EMERGENCIAL (IEC 60601). Tensão de alimentação 90 a 240 Vac ~ 50/60Hz."	SIM	Característica do equipamento
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	6 - Tipo braço com trava pneumática, permitindo movimento de subida e descida, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral.	Proposta / Catálogo - 3863991 informa no catálogo: "Tipo Flex acoplado a cadeira com braços articuláveis com movimento horizontal e movimento vertical com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos" e destaca na proposta "Braço flex com travamento pneumático (Equipo)".	SIM	<b>Licitante apresenta como opcional que destaca como incluso.</b>
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	7 - Deverá ser, produzido em abs injetado com, pelo menos, 4 terminais (01 seringa tríplice, 01 terminal com spray para baixa rotação, 01 terminal para alta rotação e 01 kit terminal borden com spray para alta ou baixa rotação).	Proposta / Catálogo - 3863991 informa no catálogo: "Mesa em abs injetado resistente (proteção UV) com suporte dos instrumentos com angulação de 45°. Suporte para 05 terminais sendo 01 terminal com uma seringa tríplice (bico giratório, removível e autolavável), 02 terminais borden refrigerado para alta rotação e 01 terminal borden refrigerado para baixa rotação". Na página 03 da proposta, também informa "Terminal extra para alta rotação (Equipo) e Terminal de baixa rotação com refrigeração (Equipo)".	SIM	<b>Licitante apresenta mais 02 terminais extras borden spray (alta e baixa rotação) como opcionais que destaca como inclusos.</b>
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	8 - Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo.	Proposta / Catálogo - 3863991 informa: "Pedal progressivo para acionamento das peças de mão".	SIM	Característica do equipamento
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	9 - Seringa tríplice com bico giratório, removível e	Proposta / Catálogo - 3863991 informa: "01 terminal com uma seringa tríplice (bico giratório,	SIM	Característica do equipamento

01)	CNPJ 07.897.039/0001-00	autoclavável.	removível e autolavável)".		
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	10 - Mangueiras: arredondadas, leves e flexíveis e com suporte das pontas: com acionamento pneumático individual.	Proposta / Catálogo - 3863991 informa: ". Mangueiras lisas, arredondadas leves e flexíveis". "Sistema pneumático e automático para acionamento nos terminais".	SIM	Característica do equipamento
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	11 - Tampo de inox removível e resistente à corrosão.	Proposta / Catálogo - 3863991 informa: ". Bandeja/Tampo de inox removível e autoclavável".	SIM	Característica do equipamento
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	12 - Puxador bilateral.	Proposta / Catálogo - 3863991 informa: ". Puxadores bilaterais".	SIM	Característica do equipamento
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	13 - Negatoscópio acoplado ao equipo.	Proposta / Catálogo - 3863991 informa nios opcionais "Negatoscópio de LED acoplado" e detalha na proposta "Negatoscópio de LED acoplado (Equipo)".	SIM	<b>Licitante apresenta como opcional que destaca como incluso.</b>
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	14 - Sistema flush de desinfecção interna das mangueiras.	Proposta / Catálogo - 3863991 informa: "Sistema de assepsia e desinfecção para circulação de solução para desinfecção das mangueiras e peças de mão e ainda com sistema antirefluxo por válvula antirretração, garantir a prevenção a contaminação cruzada" e detalha na proposta "Sistema desinfecção com válvula antirretração (Equipo)".	SIM	<b>Licitante apresenta como opcional que destaca como incluso</b>
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	15 - Refletor com Tecnologia de iluminação – led (5 leds) com sensor de proximidade e seleção da intensidade luminosa, com sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação.	Proposta / Catálogo - 3863991 informa: Refletor Prime CX249-23 com 06 (Seis) Leds de alta potência (45.000 lux) com 07 ajustes de intensidades (lux). "Sistema de controle duplo (sensor e interruptor)".	SIM	<b>Licitante apresenta como opcional que destaca como incluso após análise 3820159.</b>
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	16 – Refletor com Fonte de luz fria, cabeçote em material resistente, com giro de 620°.	Proposta / Catálogo - 3863991 informa: "Refletor Prime CX249-23, temperatura de cor na faixa de 5.000K e 5.300K. Como luz natural, reduza os danos aos olhos durante operações prolongadas. Calibrado de fábrica em 700mm (comprimento médio do braço humano). É produzido um padrão de luz retangular preciso de 80x160 com intensidade uniforme. Fora do padrão de luz, há um nível de ilustração 50% menor em comparação com o requisito especificado no padrão ISSO. A iluminação ocorre apenas onde você deseja na cavidade oral, não nos olhos do	SIM	<b>Licitante apresenta como opcional que destaca como incluso após análise 3820159.</b>

			paciente. Movimento livre de 3 eixos, posicionando a luz onde quiser."		
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	17 - Refletor com Puxadores bilaterais em forma de alça - removíveis e autoclaváveis.	Proposta / Catálogo - 3863991 informa: "Refletor Prime CX249-23, "Alças removíveis, fáceis de limpar e fáceis de montar e desmontar. Cabeçote com ajuste de rotação para esquerda e direita, rotação diagonal e rotação para cima / para baixo. Protetor frontal removível, construído em policarbonato transparente. Braço multiarticulado balanceado com mola e articulações metálicas".	NÃO	Licitante apresenta como opcional que destaca como incluso após análise 3820159 , porém não menciona característica autoclavável.
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	18 - Refletor com Protetor frontal: removível, construído em material resistente e transparente, que protege o sistema óptico contra aerossol.	Proposta / Catálogo - 3863991 informa: "Refletor Prime CX249-23, com "Protetor frontal removível, construído em policarbonato transparente".	SIM	Licitante apresenta como opcional que destaca como incluso após análise 3820159 .
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	19 - Unidade auxiliar Produzido em abs injetado com acionamento elétrico da água da cuba.	Proposta / Catálogo - 3863991 informa: ". Unidade produzida em ABS injetada." e ""Acionamento por botão elétrico no pedal por sensor de proximidade que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspideira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água".	SIM	Característica do equipamento
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	20 - Cuba deverá ser profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos.	Proposta / Catálogo - 3863991 informa: "Cuba da cuspideira, profunda removível para assepsia e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos". "Acionamento por botão elétrico no pedal por sensor de proximidade que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspideira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água".	SIM	Característica do equipamento
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	21 - Sensor de proximidade que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspideira.	Proposta / Catálogo - 3863991 apresenta "Acionador temporizado para água por sensor de presença (Unidade Auxiliar) na página 03 da proposta, mas o Licitante não destacou a informação "Sensor de aproximação com temporizador eletrônico de alta sensibilidade" no catálogo.	NÃO	Licitante apresentou na parte de opcionais, mas não destacou que forneceria o equipamento, apesar de ter sido solicitado na análise 3820159 .
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	22 - Porta copo.	Proposta / Catálogo - 3863991 informa: "Porta copo, suporte em peça única composto de 01 sugador tipo suctor de saliva a ar (sistema	SIM	Licitante apresenta como opcional que destaca como

01)	CNPJ 07.897.039/0001-00		venturi) e 01 sugador tipo suctor para bomba à vácuo"		<b>incluso após análise 3820159.</b>
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	23 - Unidade de água e cuba rebatível em 90°.	Proposta / Catálogo - 3863991 informa nos opcionais: "Rebatimento da unidade auxiliar com movimentos de até <b>180 graus</b> ", mas não apresentou na proposta o fornecimento do item.	NÃO	<b>Licitante apresenta como opcional que destaca como incluso nos opcionais, mas não deixou expressa a informação na página 03 da proposta.</b>
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	24 - Filtro de detritos localizado na base da cadeira.	Na Proposta / Catálogo - 3863991 apresenta na página 03 da proposta "Filtro Detritos Incorporado na caixa de comando e de ligação (Cadeira)" que é apresentado como um OPCIONAL, mas não foi destacado no catálogo informando que o equipamento seria incorporado ao produto.	NÃO	<b>Licitante não destacou que forneceria o equipamento na parte de opcionais, apesar de ter sido solicitado na análise 3820159</b>
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	25 - Sistema de regulagem da vazão da água.	Proposta / Catálogo - 3863991 informa: "Sistema de regulagem da vazão da água".	SIM	Característica do equipamento
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	26 - Deverá conter pelo menos 2 terminais sugadores, com kit sugador preparado para instalação de bomba de vácuo.	Proposta / Catálogo - 3863991 informa: "Segundo sugador elétrico p/ bomba de vácuo (Unidade Auxiliar)" na página 03 da proposta e informa "Segundo sugador e seringa tríplex incorporados à unidade auxiliar". "Terminais extras e kits para bomba de vácuo" nos opcionais do catálogo.	SIM	<b>Licitante apresenta como opcional que destaca como incluso após análise 3820159.</b>
Grupo 01 (Item 01)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	27 - Reservatórios translúcidos com capacidade mínima de 1000 ml para água das peças de mão e seringa tríplex.	Na Proposta / Catálogo - 3863991 apresenta na proposta "Reservatório de água de 1.000 ml (1L) (Unid. Auxiliar)" na página 03, mas não destacou nos opcionais do catálogo "Reservatório de água potável e líquido bactericida de 1000ml (1litro).	NÃO	<b>Licitante apresentou na parte de opcionais, mas não destacou que forneceria o equipamento, apesar de ter sido solicitado na análise 3820159</b>

Após uma nova análise do novo catálogo fornecido pelo Licitante, o Licitante não deixou claro a indicação de fornecimento de itens que são exigidos no Termo de Referência (3504014), como:

- 1 - Refletor com Puxadores bilaterais em forma de alça - removíveis e autoclaváveis - Não restou confirmação das alças autoclaváveis no catálogo 3863991.
- 2 - Sensor de proximidade que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspideira - Não restou confirmação no catálogo 3863991, na parte de opcionais.
- 3 - Filtro de detritos localizado na base da cadeira - Não restou confirmação no catálogo 3863991, na parte de opcionais.
- 4 - Rebatimento da unidade auxiliar com movimentos de até 180 graus - Não restou claro na proposta a presença do item, apesar de destacada nos opcionais.
- 5 - Reservatórios translúcidos com capacidade mínima de 1000 ml para água das peças de mão e seringa tríplex - Não restou confirmação no catálogo 3863991 na parte de opcionais.

Dessa forma, somos de opinião pela NÃO aceitabilidade da proposta do Item 01 do Grupo 02 . Solicitamos ao pregoeiro que providencie diligências com as propostas dos licitantes subsequentes para análise.

Em tempo, julgamos oportuno informar que, observando a ordem classificatória do procedimento licitatório, em sequência, o licitante 2ª colocado (F DE OLIVEIRA NASCIMENTO EIRELI CNPJ 21.869.864/0001-14) oferece equipamento da mesma Marca (DENTEMED), porém Modelo / Versão: PRIME CART 5, que também não atende as especificações do Termo de Referência (3504014), como possuir "Equipo do Tipo braço com trava pneumática, permitindo movimento de subida e descida, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral".

Item 02 - Detalhamos abaixo se as características mínimas exigidas no Termo de Referência Nº 96/2022 SUGESQ (3504014) estavam de acordo com as especificações apresentadas no catálogo do fabricante:

Pregão Eletrônico nº 63/2022					
Edital de Licitação Nº 63/2022 CPL1 (3631143)   Termo de Referência Nº 96/2022 SUGESQ (3504014)					
Análise de adequação técnica das Propostas / Catálogos					
Grupo / Item	Licitante	Exigências do Termo de Referência (3504014)	Especificação no Catálogo do Licitante (3767253)	Cumpe o Requisito do Termo de Referência (3504014)?	Justificativa
Grupo 01 (Item 02)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	1 - Suporte do aparelho de ultrassom: APLICAÇÃO: P/ COLUNA DO TUBO REFLETOR. TIPO: SUPORTE GIRATÓRIO COM BANDEJA AUXILIAR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 360°	Proposta / Catálogo - 3767253 informa: "produto auxiliar destinado a acomodar os periféricos utilizados pelos profissionais da área da saúde. Permite movimentos giratórios de 360°. Suporta 11kg".	SIM	Característica do equipamento

De acordo com o catálogo 3767253 fornecido pelo licitante, o Item 02 atende plenamente as características solicitadas no Termo de Referência. Porém, somos de opinião pela não aceitabilidade de proposta do Item 02 do Grupo 01, já que se trata de item agrupado e opinamos pela não aceitabilidade do Item 01 do referido grupo.

Item 12: Detalhamos abaixo se as características mínimas exigidas no Termo de Referência Nº 96/2022 SUGESQ (3504014) estavam de acordo com as especificações apresentadas no catálogo do fabricante:

Pregão Eletrônico nº 63/2022					
Edital de Licitação Nº 63/2022 CPL1 (3631143)   Termo de Referência Nº 96/2022 SUGESQ (3504014)					
Análise de adequação técnica das Propostas / Catálogos					
Grupo / Item	Licitante	Exigências do Termo de Referência (3504014)	Especificação no Catálogo do Licitante 3863992	Cumpe o Requisito do Termo de Referência (3504014)?	Justificativa
Item 12	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-	BOMBA PERISTÁLTICA.	Na Proposta / Catálogo -3863992 informa: "Bomba Peristáltica com micromotor elétrico com eixo central que gira três roletes que pressionam a mangueira contra o cabeçote impulsionando a	SIM	-



	00		impulsionando o líquido. 4 (quatro) níveis de rotação da bomba peristáltica, que permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento".		
Item 12	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	RESERVATÓRIO P, LÍQUIDO	Na Proposta / Catálogo -3863992 informa: "Reservatório de líquido irrigante 500 ml ou 1.000 ml, acoplado e removível independente de fontes de abastecimento de água, facilitando o deslocamento do equipamento para outro local de trabalho, confeccionado em policarbonato transparente, externo de fácil visualização do nível do líquido, permite o uso de água destilada, soro fisiológico ou de soluções antissépticas que potencializam o efeito ultrassônico e a ação antibacteriana pela ação cavitacional".	SIM	-
Item 12	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	COMPONENTES: 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS	Proposta / Catálogo - 3863992 informa: " 05 (cinco) tips para remoção do cálculo sendo 03 perio sub e 02 perio supra; 01 (um) ou 02 (duas) chaves para instalação dos tips contendo um anel de borracha resistente, com prolongador de proteção e sistema de travamento de rosca em corpo de acrílico; "	SIM	-
Item 12	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	Aparelho de ultrassom dentário piezoelétrico frequência de 24 - 32khz.	Proposta / Catálogo - 3863992 informa: "Transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultrassônicas de 30 khz ± 5 com a mesma amplitude e	SIM	-

			frequência".		
Item 12	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	Possuir caneta/transdutor do ultrassom com capa removível e autoclavável.	Proposta / Catálogo - 3863992 informa: " Um ou Duas Capas protetoras do transdutor, rígidas em silicone, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 135°C, o que elimina a contaminação cruzada e não submete o transdutor à autoclavagem, preservando sua vida útil".	SIM	-
Item 12	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	Possuir ajuste sensível e preciso da potência do ultrassom e do fluxo de refrigeração.	Proposta / Catálogo - 3863992: Visível nas imagens do catálogo.	SIM	-
Item 12	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	Deve ter chave geral luminosa no painel, pedal de acionamento elétrico, em base metálica em liga de duro-alumínio, com regulagem precisa do fluxo de água.	Proposta / Catálogo - 3863992 informa: ": Painel contendo leds indica que o aparelho está energizado, qual potência, qual modo acionado, qual função, chave touch seletora do ultrassom ou jato de bicarbonato, chave touch seletora de potência do ultrassom regulável em dez estágios permite mais ou menos potência, dependendo da massa do cálculo e de sua densidade e oferece maior conforto ao paciente durante a remoção e chave de regulagem em três níveis do volume do fluxo irrigante do líquido da bomba peristáltica. "Pedal de acionamento: Pedal único de acionamento para ultrassom e jato de bicarbonato de sódio, formato com acionamento de qualquer ângulo".	SIM	-
			Na Proposta / Catálogo - 3863992 informa: "Reservatório de líquido irrigante 500 ml ou 1.000 ml, acoplado e removível		

Item 12	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	Deve possuir reservatório de água e conexões na parte traseira para ar e água.	independente de fontes de abastecimento de água, facilitando o deslocamento do equipamento para outro local de trabalho, confeccionado em policarbonato transparente, externo de fácil visualização do nível do líquido, permite o uso de água destilada, soro fisiológico ou de soluções antissépticas que potencializam o efeito ultrassônico e a ação antibacteriana pela ação cavitacional".	SIM	-
Item 12	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	Deve possuir chave liga/desliga;	Proposta / Catálogo - 3863992: Visível nas imagens do catálogo no Modelo Prime Pump	SIM	-
Item 12	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	Sistema de jato de bicarbonato com registros de ajuste fino p/ controle de água e ar, adequando às necessidades de cada operação.	Proposta / Catálogo - 3863992: Visível nas imagens do catálogo no Modelo Prime Pump	SIM	-
Item 12	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	Potência mínima de 10 w, pressão de entrada de água em torno de 15-72 psi.	Proposta / Catálogo - 3863992 informa: "Potência: 0W a 70W. Frequência de Trabalho: 20 a 35 kHz. Pressão de entrada de água: máxima: 40 PSI / mínima: 20 PSI;	SIM	-
Item 12	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 07.897.039/0001-00	Aparelho 220V OU BIVOLT	Proposta / Catálogo - 3863992 informa: "Tensão entrada: 99-242 V. Tensão saída: 24 VDC".	SIM	-

Equipamento no **Modelo Prime Pump** atende as especificações do Termo de Referência. **Dessa forma, somos de opinião FAVORÁVEL a aceitabilidade da proposta do Item 12.**

**Item 14:** Detalhamos abaixo se as características mínimas exigidas no Termo de Referência N° 96/2022 *SUGESQ (3504014)* estavam de acordo com as especificações apresentadas no catálogo do fabricante:

Pregão Eletrônico n° 63/2022					
Edital de Licitação N° 63/2022 CPL1 (3631143)   Termo de Referência N° 96/2022 <i>SUGESQ (3504014)</i>					
Análise de adequação técnica das Propostas / Catálogos					
Grupo / Item	Licitante	Exigências do Termo de Referência (3504014)	Especificação no Catálogo do Licitante 3863993	Cumpre o Requisito do Termo de Referência (3504014)?	Justificativa

Item 14	D BERLATO & CIA LTDA CNPJ 12.630.233/0001- 57	ELADORA EMBALAGEM: SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL POLIPROPILENO, VOLTAGEM 110/220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICACAOVEDACAO ENVELOPE DE ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONTROLADOR TEMPO DE SOLDA, SELAGEM DE 30 CM. Seladora papel grau seladora de mesa para termo selagem, compacta e de fácil operação, com largura de selagem maior ou igual a 10 (dez) mm, comprimento de selagem maior ou igual a 30 (trinta) cm, controle de temperatura de selagem regulável e <b>digital</b> até 300°C, <b>lâmpada</b> <b>indicadora de selagem</b> e de liga/desliga, <b>alarme</b> <b>sonoro que informa que</b> <b>a selagem está</b> <b>adequada.</b> Sistema "barra quente" de aquecimento. Voltagem 220 ou Bivolt.	Proposta / Catálogo - 3863993 não atende aos requisitos como presença de e alarme sonoro que informa que a selagem está adequada e controle de temperatura digital.	NÃO	O equipamento não atende as exigências do Termo de Referência, como presença de controle de temperatura de selagem digital e alarme sonoro que informa que a selagem está adequada.
------------	---	---	---	-----	---

O equipamento não atende as exigências do Termo de Referência, pois não apresentam controle de temperatura de selagem digital e alarme sonoro que informa que a selagem está adequada. **Dessa forma, somos de opinião pela NÃO aceitabilidade da proposta do Item 14. Solicitamos ao pregoeiro providências quanto a solicitação de catálogo do Licitante subsequente para análise.**

Atenciosamente,

Lucas Lopes Araújo Sousa  
Odontólogo  
TJPI 27665/CRO-PI 2787



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Lopes Araujo Sousa, Servidor TJPI**, em 13/12/2022, às 14:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **3871996** e o código CRC **C5361F7C**.