



Análise Nº 309/2022 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SEAD/SUGESQ

Trata-se de análise técnica do Resultado de Licitação - Sessão Pública PE 63/2022 - 3749931 dos equipamentos odontológicos a serem adquiridos por meio do *Edital de Licitação Nº 63/2022 CPLI (3631143)*. Abaixo, passamos a dar análise a Proposta / Catálogo para o Grupo 01 apresentada pelo Licitante 4º colocado - ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA, CNPJ 55.979.736/0001-45, (SEI ID 3885948), após Encaminhamento Nº 18536/2022 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SLC/PREG.

Pregão Eletrônico nº 63/2022					
Edital de Licitação Nº 63/2022 CPLI (3631143) \ Termo de Referência Nº 96/2022 SUGESQ (3504014)					
Análise de adequação técnica das Propostas / Catálogos					
Grupo / Item	Licitante	Documento Referência	Cumpre os Requisitos do Termo de Referência (3504014)?	Justificativa	Opinião pela aceitabilidade da proposta
Grupo 01 (Itens 01, 02)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	Proposta / Catálogo 3885948	PARCIALMENTE	<p><b>Solicitamos ao pregoeiro que verifique com o Licitante a possibilidade de inclusão dos referidos itens para cumprimento integral das especificações do Termo de Referência Nº 96/2022 SUGESQ (3504014):</b></p> <p>1 - "Filtro de Detritos" localizado na base da Cadeira, conforme Manual Cadeira NEW CROMA T5 - ANVISA Nº 10069210062, página 17 (SEI ID 3885948, página 31),.</p> <p>2 - Inclusão de Seringa Tríplice na Unidade Auxiliar, contando assim com 3 terminais "1 Seringa + 1 Suctor Venturi + 1 Suctor BV", conforme Manual Unidade SYNCRUS G2 - ANVISA Nº 10069210063, páginas 21 e 24 (SEI ID 3885948, páginas 213 e 216).</p>	<b>SIM*, desde que inclusos os itens opcionais.</b>

(\*) - Esclarecimentos mais detalhados abaixo:

**Grupo 01: Item 01.**

**Item 01** - Detalhamos abaixo se as características mínimas exigidas no Termo de Referência N° 96/2022 SUGESQ (3504014) estavam de acordo com as especificações apresentadas na Proposta apresentada pelo licitante e nos manuais do Modelo do Fabricante: Manual Cadeira, Manual Equipo, Manual Refletor, Manual Unidade Auxiliar. (SEI ID 3885948)

Pregão Eletrônico n° 63/2022					
Edital de Licitação N° 63/2022 CPL1 (3631143)   Termo de Referência N° 96/2022 SUGESQ (3504014)					
Análise de adequação técnica das Propostas / Catálogos					
Grupo / Item	Licitante	Exigências do Termo de Referência (3504014)	Especificação no Catálogo do Licitante SEI ID 3885948	Cumpre o Requisito do Termo de Referência (3504014)?	Justificativa
Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	1 - Encosto cabeça do tipo articulável	<p>Pela Proposta / Catálogo - 3885948 informa: "<i>encosto de cabeça com formas e espessuras reduzidas, movimento longitudinal através de lamina de aço ajustável no comprimento para maior conforto do paciente, biarticulado e anteroposterior com trava por alavanca, permite atendimento a pacientes especiais, cadeirantes e odontopediatria</i>".</p> <p>No manual da cadeira o item é apresentado como opcional que o licitante apresenta como incluso: "<i>04 - Encosto de cabeça articulável (acionado por alavanca)</i>". (Página 33, SEI ID 3885948)</p> <p>Manual Cadeira NEW CROMA T5 - ANVISA N° 10069210062</p>	SIM	Opcional incluso.
Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	2 - Dois apoios de braços para o paciente (direito e esquerdo), sendo o braço rebatível com abertura lateral ou escamoteável.	<p>Pela Proposta / Catálogo - 3885948 informa: "<i>apoio de braços para o paciente, sendo um fixo e o outro com abertura lateral em 90°, estrutura em metal revestido em integral skin, na cor cinza material resistente a riscos de superfície e aos produtos usados na desinfecção</i>".</p> <p>No manual da cadeira o item é apresentado como opcional que o licitante apresenta como incluso: "<i>07 - Braço fixo ou escamoteável com abertura lateral (2 modelos)</i>". (Página 33, SEI ID 3885948)</p> <p>Manual Cadeira NEW CROMA T5 - ANVISA N° 10069210062</p>	SIM	Opcional Incluso
			<p>Pela Proposta / Catálogo - 3885948 informa: "<i>comando de pé multifuncional fixado na base da cadeira; joystick para subida e descida do assento e encosto; tecla para a posição de cuspir automática que com um único toque leva o encosto para frente a uma posição do paciente cuspir, com acionamento automático de água na cuspidora de acordo</i>".</p>		

Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	3 - Pedal integrado do tipo joystick e com teclas, permitindo, pelo menos, 3 posições de trabalho (posição cuspir, volta zero e desce assento / sobe assento / desce encosto/ sobe encosto). Deverá ter acionamento do refletor e emergência/bloqueio de movimentos.	<p><i>com o tempo pré-gravado e desligamento do refletor caso esteja ligado, novo acionamento com retorno a mesma configuração anterior de trabalho e do refletor; tecla de parada de movimento com bloqueio de todas as funções; tecla dos movimentos de volta a zero sincronizado, o refletor será automaticamente desligado quando acionado; tecla de liga e desliga do refletor com três intensidades de luz variáveis; tecla para as três posições de trabalho programáveis de elevação e inclinação reguláveis com memorização do status do refletor; interrupção instantânea dos movimentos automáticos com um simples toque em qualquer comando e permite ainda a inversão das teclas dos comandos".</i></p> <p>No manual da cadeira o item é apresentado como opcional que o licitante apresenta como incluso: "<i>12 - Pedal Joystick 5 teclas (opcional móvel ou fixo a base da cadeira); 3 Posições de trabalho; Posição de cuspir; Posição volta zero; Desce assento / Sobe assento / Desce encosto / Sobe encosto; Acionamento do Refletor; Emergência / Bloqueio dos movimento".</i> (Página 33, SEI ID 3885948)</p> <p>Manual Cadeira NEW CROMA T5 - ANVISA Nº 10069210062</p>	SIM	Opcional Incluso
Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	4 - Botão on/off localizado na lateral da base da cadeira.	<p>O Proposta / Catálogo - 3885948 informa: "<i>chave geral com Led verde, aceso, indicativo de funcionamento, localizado na lateral da capa de acabamento do motor da cadeira, energiza/desenergiza todo o conjunto".</i></p> <p>Manual Cadeira NEW CROMA T5 - ANVISA Nº 10069210062</p>	SIM	Característica do equipamento
			<p>O Proposta / Catálogo - 3885948 informa: "<i>movimentos silenciosos e suaves do assento e encosto acionados por dois motorreductores elétricos isentos de óleo marca BOSCH, de baixa tensão com 24V" e "Tensão de rede de alimentação com ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA ROD ABRÃO ASSED, KM53 + 450M – BAIRRO RECREIO ANHANGUERA CEP 14097-500 - RIBEIRÃO PRETO – SP</i></p>		

Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	5 - Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor. Tensão de alimentação 220v ~ 50/60hz.	– Fone (16) 3512-1210 E-mail: <i>dabicomercial@yahoo.com.br;</i> <i>licitacao@alliage-global.com</i> <i>3 cabo de força tripolar bitola de 3X2,50mm², 250V a.c., plug macho 20A NBR 14136 2P+ T sem plug fêmea – comprimento três metros - INMETRO;</i> <i>Transformador com seleção de entrada 127/220 V c.a. – frequência 60Hz – saídas – 12/24V c.c. proporciona tensão adequada para as partes elétricas, aumentando a vida útil quando das oscilações por voltagem;</i> <i>Consumo de potência 350 VA".</i>  Manual Cadeira NEW CROMA T5 - ANVISA Nº 10069210062	SIM	Característica do equipamento
Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	6 - Tipo braço com trava pneumática, permitindo movimento de subida e descida, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral.	Pela Proposta / Catálogo 3885948 informa: " <i>Equipo odontológico acoplado à cadeira, com dois braços, um braço coluna redondo com movimento horizontal e outro articulável com formato oval, mobilidade horizontal e vertical até 50 cm com travamento pneumático por freio no braço de pastilha de cortiça</i> "  Manual Equipo SYNCRUS G3 - ANVISA Nº 10069210075	SIM	Característica do equipamento
Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	7 - Deverá ser, produzido em abs injetado com, pelo menos, 4 terminais (01 seringa tríplice, 01 terminal com spray para baixa rotação, 01 terminal para alta rotação e 01 kit terminal borden com spray para alta ou baixa rotação).	Pela Proposta / Catálogo 3885948 informa: " <i>Parte frontal do equipo permite a colocação de até 05 (cinco) terminais individuais para as peças de mão: sendo uma seringa tríplice com botões para água, ar e spray conjunto, bico curvo, removível e esterilizável, três terminais tipo borden com torneiras de regulagem dos sprays no próprio corpo dos terminais, sendo um para o baixa rotação, e outros dois para o alta rotação</i> ".  Manual Equipo SYNCRUS G3 - ANVISA Nº 10069210075	SIM	Característica do equipamento
Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	8 - Pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo.	Pela Proposta / Catálogo - 3885948 informa: " <i>pedal de comando único, redondo, de acionamento progressivo dos instrumentos rotatórios e da peça de mão em uso</i> ".  No Manual do Equipo o item é apresentado como um acessório que é destacado como incluso "14 - Pedal progressivo". (Página 94 SEI ID 3885948)	SIM	Acessório Incluso

			Manual Equipo SYNCRUS G3 - ANVISA Nº 10069210075		
Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001- 45	9 - Seringa tríplice com bico giratório, removível e autoclavável.	Pela Proposta / Catálogo - 3885948 informa: " <i>seringa tríplice com botões para água, ar e spray conjunto, bico curvo, removível e esterilizável</i> ".  No Manual do Equipo o item é apresentado como um opcional que é destacado como incluso "02 - Seringa tríplice". (Página 92 SEI ID 3885948)  Manual Equipo SYNCRUS G3 - ANVISA Nº 10069210075	SIM	Opcional Incluso
Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001- 45	10 - Mangueiras: arredondadas, leves e flexíveis e com suporte das pontas: com acionamento pneumático individual.	Pela Proposta / Catálogo - 3885948 informa: <i>"mangueiras das peças de mão, lisas, leves, flexíveis, arredondadas e sem estrias facilitam a limpeza e a desinfecção. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, de ar e água de fácil manuseio e calibração</i> ".  Manual Equipo SYNCRUS G3 - ANVISA Nº 10069210075	SIM	Característica do equipamento
Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001- 45	11 - Tampo de inox removível e resistente à corrosão.	Pela Proposta / Catálogo - 3885948informa: " <i>tampo em inox protege a parte superior do equipo, removível e resistente à corrosão</i> ".  Manual Equipo SYNCRUS G3 - ANVISA Nº 10069210075	SIM	Característica do equipamento
Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001- 45	12 - Puxador bilateral.	Pela Proposta / Catálogo - 3885948 informa: " <i>puxadores nas laterais do corpo do equipo facilitam a movimentação</i> ".  Manual Equipo SYNCRUS G3 - ANVISA Nº 10069210075	SIM	Característica do equipamento
Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001- 45	13 - Negatoscópio acoplado ao equipo.	Pela Proposta / Catálogo - 3885948 informa: " <i>comando eletrônico PAD localizado na lateral direita do corpo do equipo, comando frontal para acionamento das funções da cadeira, refletor e unidade água, acoplado de negatoscópio com luz de Led para leitura de radiografias periapicais e oclusais</i> ";".  No Manual do Equipo o item é apresentado como um opcional que é destacado como incluso "05 - Painele de Controle (PAD) e 06 - Negatoscópio". (Página 92 SEI ID 3885948)  Manual Equipo SYNCRUS G3 - ANVISA Nº 10069210075	SIM	Opcional Incluso
			Pela Proposta / Catálogo -		

Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	14 - Sistema flush de desinfecção interna das mangueiras.	3885948 informa: <i>"sistema flush através de válvulas antirrefluxos, acopladas aos terminais de água dos sprays das canetas de alta rotação, impede a aspiração de micro-organismos para o interior dos condutos".</i>  Manual Equipo SYNCRUS G3 - ANVISA Nº 10069210075	SIM	Característica do equipamento
Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	15 - Refletor com Tecnologia de iluminação – led (5 leds) com sensor de proximidade e seleção da intensidade luminosa, com sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação.	Pela Proposta / Catálogo - 3885948 informa: <i>"Refletor odontológico com sistema de emissão de luz através de sistema óptico com cinco canhões de Led individuais, fonte de luz fria, não gera calor no campo operatório, baixo consumo de energia e durabilidade estimada acima de 50.000 horas" e "sistema eletrônico digital interno, sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote; para ativar o refletor pressione o botão no comando de pé da cadeira, habilitando o sensor; programação da luz através da aproximação da mão do profissional sob o sensor".</i>  Manual Refletor SIRIUS G8 SENSOR 5 LEDS - ANVISA Nº 10069210069	SIM	Característica do equipamento
Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	16 – Refletor com Fonte de luz fria, cabeçote em material resistente, com giro de 620°.	Pela Proposta / Catálogo - 3885948 informa: <i>"fonte de luz fria, não gera calor no campo operatório, baixo consumo de energia e durabilidade estimada acima de 50.000 horas; projetado e manufaturado para atender a norma ISO 9680:2014 cabeçote em poliuretano, giro de 620°, proporciona leveza, durabilidade e ampla mobilidade em todas as posições;"</i>  Manual Refletor SIRIUS G8 SENSOR 5 LEDS - ANVISA Nº 10069210069	SIM	Característica do equipamento
Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	17 - Refletor com Puxadores bilaterais em forma de alça - removíveis e autoclaváveis.	Pela Proposta / Catálogo - 3885948 informa: <i>"puxadores bilaterais em forma de alça, removíveis tipo engate rápido, podendo ser colocado em oito posições diferentes, com fácil pega pelo CD/auxiliar, permitem a colocação de barreiras, limpeza, desinfecção e autoclavação no ciclo de 134°C evitando o risco de contaminação cruzada, podendo suportar até 200 ciclos;"</i>  Manual Refletor SIRIUS G8 SENSOR 5 LEDS - ANVISA Nº 10069210069	SIM	Característica do equipamento

Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	18 - Refletor com Protetor frontal: removível, construído em material resistente e transparente, que proteja o sistema óptico contra aerossol.	Pela Proposta / Catálogo - 3885948 informa: " <i>protetor frontal transparente e removível protege os leds dos aerossóis</i> ".  Manual Refletor SIRIUS G8 SENSOR 5 LEDS - ANVISA Nº 10069210069	SIM	Característica do equipamento
Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	19 - Unidade auxiliar Produzido em abs injetado com acionamento elétrico da água da cuba.	Pela Proposta / Catálogo - 3885948 " <i>Estrutura do conjunto construída em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV" e ";teclas de acionamento elétrico com função de temporizador permitem programar o tempo máximo de até 60 segundos de água na cuba através da ativação do sensor óptico com a aproximação do rosto do paciente proporcionando grande economia de água, praticidade, conforto e biossegurança "</i> .  No Manual da Unidade Auxiliar informa que o item é apresentado como um opcional que é destacado como incluso "07 - Acionamento elétrico de água no porta-copo e 08 - Acionamento elétrico de água na cuba". (Página 213 SEI ID 3885948)  Manual Unidade SYNCRUS G2 - ANVISA Nº 10069210063	SIM	Opcionais Inclusos
Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	20 - Cuba deverá ser profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos.	Pela Proposta / Catálogo - 3885948 informa: " <i>cuba redonda, removível, confeccionada em cerâmica esmaltada, na cor branca, contrasta com qualquer sujeira, ralo para retenção de resíduos sólidos, tampa impede a visualização de detritos no ralo; registros localizados sob o corpo da unidade permitem o ajuste fino da vazão de água na cuba e o porta copos</i> ".  No Manual da Unidade Auxiliar informa que o item é apresentado como um opcional que é destacado como incluso "10 - Tampa do ralo". (Página 213 SEI ID 3885948)  Manual Unidade SYNCRUS G2 - ANVISA Nº 10069210063	SIM	Característica do equipamento e Opcional Incluso
			Pela Proposta / Catálogo - 3885948 informa: " <i>teclas de acionamento elétrico com função de temporizador</i> "		

Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	21 - Sensor de proximidade que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspeira.	<i>permitem programar o tempo máximo de até 60 segundos de água na cuba através da ativação do sensor óptico com a aproximação do rosto do paciente proporcionando grande economia de água, praticidade, conforto e biossegurança".</i>  Manual Unidade SYNCRUS G2 - ANVISA Nº 10069210063	SIM	Característica do equipamento
Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	22 - Porta copo.	Pela Proposta / Catálogo - 3885948 informa: "água no porta-copos com temporizador programável através do acionamento da tecla".  No Manual da Unidade Auxiliar informa que o item é apresentado como um opcional que é destacado como incluso "12 - Porta-copo". <i>(Página 213 SEI ID 3885948)</i>  Manual Unidade SYNCRUS G2 - ANVISA Nº 10069210063 .	SIM	Característica do equipamento e Opcional Incluso
Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	23 - Unidade de água e cuba rebatível em 90°.	Pela Proposta / Catálogo - 3885948 informa: " <i>Unidade de água odontológica acoplada à cadeira, abertura lateral em 90° permite melhor aproximação do auxiliar ao campo operatório e um distanciamento da cuba em relação ao paciente reduzindo os riscos de contaminação em processos cirúrgicos".</i>  Manual Unidade SYNCRUS G2 - ANVISA Nº 10069210063	SIM	Característica do equipamento
Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	24 - Filtro de detritos localizado na base da cadeira.	Pela Proposta / Catálogo - 3885948 informa: "filtro de detritos, instalados na base dos sugadores, sob o corpo da unidade auxiliar, com tela que retém a passagem de partículas sólidas maiores para o ejetor, tubulações de água, ar, elétricas e esgoto totalmente embutidas em mangueira vacum flex".  Informamos que a cadeira pode também apresentar filtro de detritos instalado em sua base, conforme Manual Cadeira NEW CROMA T5 - ANVISA Nº 10069210062 (SEI ID 3885948, página 31). Verificar com o licitante disponibilidade de inclusão na proposta.  Manual Unidade SYNCRUS G2 - ANVISA Nº 10069210063	<b>INDEFINIDO</b>	Característica do equipamento e <b>Opcional que pode ser incluso.</b>
			Pela Proposta / Catálogo -		



Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	25 - Sistema de regulagem da vazão da água.	3885948 informa: "registros localizados sob o corpo da unidade permitem o ajuste fino da vazão de água na cuba e o porta copos".  Manual Unidade SYNCRUS G2 - ANVISA Nº 10069210063	SIM	Característica do equipamento
Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	26 - Deverá conter pelo menos 2 terminais sugadores, com kit sugador preparado para instalação de bomba de vácuo.	Pela Proposta / Catálogo - 3885948 informa: "parte frontal do corpo da unidade possibilita a colocação de até três suportes individuais, sendo, um sugador com válvulas pneumáticas acionada automaticamente, proporciona sucção constante, boa drenagem do líquido sugado; mangueira do sugador conecta e desconecta facilmente; sendo um sugador a ar para saliva, tipo Venturi, mangueira lisa, engate para cânula descartável de 6,5 mm de diâmetro, deslocamento volumétrico de 30 L/min e outro por sucção à vácuo, elétrico, de baixa voltagem através de bomba de vácuo, com mangueira corrugada, engate para cânula de aspiração de 11,0 mm, com deslocamento volumétrico de 350 L/min".  No Manual da Unidade Auxiliar informa que o item é apresentado como um opcional que é destacado como incluso "03 - Suctor para bomba vácuo e 04 - Suctor tipo venturi". (Página 213 SEI ID 3885948)  Manual Unidade SYNCRUS G2 - ANVISA Nº 10069210063	SIM	Característica do equipamento e <b>Opcional incluso.</b>
Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	27 - Reservatórios translúcidos com capacidade mínima de 1000 ml para água das peças de mão e seringa tríplice.	Pela Proposta / Catálogo - 3885948 informa: "reservatório para água potável, utilizada na alimentação da seringa tríplice e spray das peças de mão, com capacidade de 1L; fixado em suporte sob o corpo da unidade de água; em policarbonato translucido".  Manual Unidade SYNCRUS G2 - ANVISA Nº 10069210063	SIM	Característica do equipamento
Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	28 - Mocho odontológico: com sistema de elevação por gás pressurizado.	Pela Proposta / Catálogo - 3885948 informa: "Mocho odontológico com elevação central do assento a gás e o de descida pressionado pelo peso do usuário e amortecido por um sistema a gás pressurizado".	SIM	Característica do equipamento

			Mocho PROFESSIONAL, Produto não regularizado como dispositivo médico pela ANVISA.		
Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	29 - Cinco rodízios duplos. Capa do pistão em polipropileno ou material similar.	Pela Proposta / Catálogo - 3885948 informa: "base com cinco rodízios duplos com banda de PU com acabamento cinza, fixados nas extremidades da base do pedestal de sustentação em formato pentagonal, fabricada em aço e revestida em polipropileno cinza, bem como as capas telescópicas do pistão".  Mocho PROFESSIONAL, Produto não regularizado como dispositivo médico pela ANVISA.	SIM	Característica do equipamento
Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	30 - Assento anatômico c/ borda da frente arredondada.	Pela Proposta / Catálogo - 3885948 informa: "assento com chassi injetado em polipropileno, estofamento espesso e bem consistente, altura máxima 570 mm e mínima de 460 mm acima do piso, largura de 470 mm, com formato anatômico, e borda anterior arredondada em forma de cascata".  Mocho PROFESSIONAL, Produto não regularizado como dispositivo médico pela ANVISA.	SIM	Característica do equipamento
Grupo 01 (Item 01)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	31 - Encosto anatômico com movimento regulável, longitudinal. Assento e encosto com estofamento de espuma resistente e densidade confortável com revestimento de plástico pvc, liso e sem costura, de fácil assepsia e da mesma cor da cadeira odontológica. Capacidade de carga de pelo menos 135kg	Pela Proposta / Catálogo - 3885948 informa: "assento e encosto giratório, estofados anatomicamente, com espuma de alta resistência moldada e revestida com perfil de PVC com soft expandido, flexível e com forro extra em malha PA".  Mocho PROFESSIONAL, Produto não regularizado como dispositivo médico pela ANVISA.	SIM	Característica do equipamento

Da análise final da Proposta/Catálogo ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA., CNPJ 55.979.736/0001-45 e dos Manuais dos Modelos de Cadeira, Equipo, Refletor, Unidade Auxiliar e Mocho propostos pelo Licitante (SEI ID 3885948) quanto ao cumprimento dos Requisitos exigidos pelo Termo de Referência (3504014), verificamos que, até o momento, este licitante foi o que apresentou proposta mais detalhada e completa para o referido objeto. Porém, precisa detalhar em sua proposta a inclusão de 2 itens para cumprimento integral da exigências do Termo de Referência N° 96/2022 SUGESQ (3504014), que detalhamos abaixo:

**1 - Exigência N° 24 do Termo Referência - Incluir opcional "Filtro de Detritos" localizado na base da Cadeira.** A unidade auxiliar possui "filtro de detritos, instalados na base dos sugadores, sob o corpo da unidade auxiliar, com tela que retém a passagem de partículas sólidas maiores para o ejetor, tubulações de água, ar, elétricas e esgoto totalmente embutidas em mangueira vacuum flex". Porém, o Termo de Referência solicita que o mesmo também esteja "localizado na base da cadeira". Pela análise do manual da Cadeira, foi possível verificar a possibilidade de existir filtro de detritos instalado em sua base, conforme Manual Cadeira NEW CROMA T5 - ANVISA N° 10069210062 em sua página 17 (SEI ID

3885948, página 31), mas o opcional não foi incluído em sua proposta. **Dessa forma, solicitamos ao pregoeiro que verifique com o Licitante a possibilidade de inclusão do referido item para cumprimento integral das especificações do Termo de Referência N° 96/2022 SUGESQ (3504014).**

**2 - Incluir opcional "Seringa tríplice" na Unidade Auxiliar.** Apesar de não ter sido expressa como exigência na "Descrição Complementar" do Edital de Licitação (3631143), está expresso na "Descrição Detalhada" do referido Edital que a Unidade auxiliar deve conter cuba com 2 sugadores e seringa tríplice. A exigência se faz presente com a seguinte expressão: "UNIDADE AUXILIAR: CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA". Em nossa análise do Manual Unidade SYNCRUS G2 - ANVISA N° 10069210063, página 21 (SEI ID 3885948, página 213) observa-se que o referido opcional pode ser instalado e em sua página 24 (SEI ID 3885948, página 216) reforça a possibilidade da Unidade Auxiliar contar com 3 terminais "1 Seringa + 1 Suctor Venturi + 1 Suctor BV". **Dessa forma, solicitamos ao pregoeiro que verifique com o Licitante a possibilidade de inclusão do referido item para cumprimento integral das especificações do Termo de Referência N° 96/2022 SUGESQ (3504014).**

**Desta forma, desde que incluídos os itens solicitados, somos de opinião pela ACEITABILIDADE da proposta do Item 01 do Grupo 01.**

**Item 02** - Detalhamos abaixo se as características mínimas exigidas no Termo de Referência N° 96/2022 SUGESQ (3504014) estavam de acordo com as especificações apresentadas na proposta/catálogo do fabricante:

Pregão Eletrônico nº 63/2022					
Edital de Licitação N° 63/2022 CPL1 (3631143)   Termo de Referência N° 96/2022 SUGESQ (3504014)					
Análise de adequação técnica das Propostas / Catálogos					
Grupo / Item	Licitante	Exigências do Termo de Referência (3504014)	Especificação no Catálogo do Licitante (3885948)	Cumpe o Requisito do Termo de Referência (3504014)?	Justificativa
Grupo 01 (Item 02)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA. CNPJ 55.979.736/0001-45	1 - Suporte do aparelho de ultrassom: APLICAÇÃO: P/ COLUNA DO TUBO REFLETOR. TIPO: SUPORTE GIRATÓRIO COM BANDEJA AUXILIAR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 360°	Proposta / Catálogo - 3885948 informa: "Bandeja de coluna para ser instalada ao cano vertical do refletor; com diâmetro 1 1/2'' a 2'' e 1 3/4'', permite movimentos giratórios de 360°, bordas salientes para retenção de líquidos e evitar queda de instrumentos; área útil de 300 X 240 mm, suporta até 11 Kg, ideal para aparelhos de profilaxia, motor de implante, fotopolimerizador e outros pequenos periféricos".	SIM	Característica do equipamento

De acordo com o catálogo/proposta 3885948 fornecido pelo licitante, o Item 02 atende plenamente as características solicitadas no Termo de Referência (3504014). **Opinião pela aceitabilidade da proposta do Item 02, desde que o Item 01 agrupado, atenda a todas as exigências do Termo de Referência e após verificação pelo Pregoeiro da possibilidade de**

**adequação da Proposta de Preço para o Item 02** ofertada pelo referido Licitante, já que esta encontra-se acima do valor estimado/máximo, fazendo-se necessário, para efetiva aceitação da Proposta do Grupo 01, a realização de negociação quanto a tal Item, ato a ser oportunamente realizado pelo Pregoeiro.

Atenciosamente,

Lucas Lopes Araújo Sousa  
Odontólogo  
TJPI 27665/CRO-PI 2787



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Lopes Araujo Sousa, Servidor TJPI**, em 19/12/2022, às 08:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **3885967** e o código CRC **750B891F**.



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ**

**PREGOEIROS - PREG**

Pça Des. Edgard Nogueira s/n - Bairro Cabral - Centro Cívico - CEP 64000-830  
Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

**Encaminhamento Nº 18536/2022 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SLC/PREG**

Expedida a análise técnica pela unidade demandante - SUGESQ: Análise Nº 305/2022 SUGESQ (SEI ID 3877943), referente ao Grupo 01 (Itens 01 e 02), na qual conclui pela recusa da Proposta / Catálogo submetidos a avaliação, dou prosseguimento na ordem classificatória e passo ao Licitante 4º colocado - ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA (CNPJ 55.979.736/0001-45).

Desta forma, **ENCAMINHO** os autos à unidade demandante - **SUGESQ** para:

1. Análise de adequação técnica da Proposta / Catálogo às especificações contidas no Edital e Termo de Referência (em atendimento à disposição 2.2. do Edital e ao Anexo I do Termo de Referência);

2. Indicação dos Itens para os quais, em avaliação técnica realizada, julgar necessária a solicitação de amostra, na forma prevista na disposição 16.1. do Edital.

Segue abaixo relação de Licitante e Documento respectivo:

<i>Pregão Eletrônico nº 63/2022</i>		
<i>Edital de Licitação Nº 63/2022 CPL1 (3631143) \ Termo de Referência Nº 96/2022 SUGESQ (3504014)</i>		
<i>Documentação encaminhada à SUGESQ para análise de adequação técnica da Proposta / Catálogo</i>		
<b>Grupo / Item</b>	<b>Licitante</b>	<b>Documento referência</b>
Grupo 01 (Itens 01, 02)	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA CNPJ 55.979.736/0001-45	Proposta / Catálogo - 3885948

Em tempo, informo à SUGESQ o seguinte: (i.) A Proposta de Preço para o Item 02 ofertada pelo referido Licitante encontra-se acima do valor estimado/máximo, fazendo-se necessário, para efetiva aceitação da Proposta do Grupo 01, a realização de negociação quanto a tal Item, ato a ser oportunamente realizado pelo Pregoeiro; (ii.) Não devem ser considerados os preços constantes da Proposta do referido Licitante (SEI ID 3885948, pág. 01), haja vista tratar-se da Proposta de Preço originária; A Proposta de Preço Ajustada aos valores dos melhores lances (inclusive após realização de eventual negociação de preço quanto ao Item 02) será oportunamente solicitada e anexada nestes autos.

Informo ademais que, verificada a necessidade de documento complementar ou informação técnica adicional no curso da análise de adequação da Proposta, poderá a SUGESQ indicar a documentação/informação solicitada a fim de que seja avaliada a possibilidade de realização de diligência por este Pregoeiro na forma das disposições 14.1. 'b' e 31.5. do Edital.

Atenciosamente,

**Fernando Moura Rêgo Nogueira Leal**

Pregoeiro TJ/PI

Teresina/PI, 18/dezembro/2022



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Moura Rêgo Nogueira Leal**, Pregoeiro, em 18/12/2022, às 19:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **3885911** e o código CRC **E6ED7EEA**.